


ANEXO III.B	REQUISITOS DE FABRICACIÓN EN FUNCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS LÁSER SEGÚN UNE EN 60825-1 /A2-2002
	

REQUISITOS	CLASIFICACIÓN						
	1	1M	2	2M	3R	3B	4
Cubierta protectora	--	O	O	O	O	O	O
Bloqueo de seguridad	X	X	X	X	+	+	+
Control remoto	--	--	--	--	--	O	O
Control de llave	--	--	--	--	--	O	O
Aviso de emisión	--	--	--	--	O	O	O
Atenuador del haz	--	--	--	--	--	O	O
Localización de controles	--	--	--	--	♣	♣	♣
Óptica de observación	--	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Barrido	O	O	O	O	O	O	O
Etiqueta de Clase	T	T	F, T	F, T	F, T	F, T	F, T
Etiqueta de abertura	--	--	--	--	Te	Te	Te
Etiqueta de entrada en servicio	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
Etiqueta de neutralización del bloqueo	©	©	©	©	©	©	©
Etiqueta de intervalo de λ	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Etiqueta de LED	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Manual con instrucciones de seguridad	O	O	O	O	O	O	O
Información de compra y servicio técnico	O	O	O	O	O	O	O
Productos médicos	♠	♠	♠	♠	♠	♠	♠

O	Obligatorio	+	Necesario para impedir emisión > 3B
--	No necesario	T	Texto requerido
X	Necesario para impedir emisión > 3R	▼	La emisión debe ser < LEA de la Clase 1
♣	Necesario para impedir emisión > LEA Clase 1 ó 2	F	Figuras normalizadas
Te	Texto especificado requerido	(*)	Obligatoria y específica para cada Clase
▲	Correcciones de texto necesarias para productos LED	▼	Obligatoria para ciertos intervalos de λ
♠	Se aplica la norma CEI 60601-2-22	©	Obligatoria en ocasiones según la Clase